

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
АО «БелЗАН»
А.В.Филин
«11 » Од 2024 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на приобретение измерителя температуры многоканального прецизионного МИТ 8.15
(эталон) для поверочной лаборатории СГМ АО «БелЗАН» на 2024 год.

1. Назначение:

- 1.1. Проверка и калибровка термопреобразователей сопротивления, преобразователей термоэлектрических, стеклянных термометров ртутных.
- 1.2. Аттестация и поверка термостатов, калибраторов температуры, сушильных шкафов, камер соляного тумана, камер тепла и холода, печей СНОЛ.
- 1.3. Прецизионное измерение температуры.
- 1.4. Измерение температурных полей.

2. Технические требования:

- 2.1. Точность измерения от 0,3 мК.
- 2.2. Не менее восьми каналов измерения с возможностью отключения неиспользуемых.
- 2.3. Одновременная работа с разными типами датчиков (ТС, ТП, давления, влажности).
- 2.4. Связь с компьютером посредством интерфейсов RS-232 или(и) USB.
- 2.5. Программное обеспечение для работы с компьютером.
- 2.6. Проверка.

Главный метролог –
НАЧАЛЬНИК СЛУЖБЫ

З.С. Хайруллин

Тел. 13-04

Согласовано:

И.А. Тулина

Директор по качеству

И.А. Родионова