

Генеральный директор АО «БелЗАН»

А.В. Карпов

2025 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Твердомер для металлов

1. Требования, установленные Заказчиком

1.1 – количество поставляемых товаров, требования к потребительским свойствам товаров

№ п/п	Наименование товара	Требования к потребительским свойствам, <u>которым должен соответствовать</u> поставляемый товар	Форма упаковки	Ед. изм.
1	2	3	4	5
1	Стационарный твердомер Роквелла типа TP	Стационарный твердомер Роквелла (типа TP) должен соответствовать ГОСТ 23677-79 с диапазоном измерения твердости: 70...93 HRA , наконечник НК ГОСТ 9377-81, нагрузка 588,4 Н 25...100 HRB , шарик диаметром $(1,588 \pm 0,001)$ мм ГОСТ 3722-81, нагрузка 980,7 Н 20...70 HRC , наконечник НК ГОСТ 9377-81, нагрузка 1471 Н Предел допускаемой погрешности нагрузки $\pm 0,5\%$	Заводская	1 шт

Начальник цеха №16

Е.Ф. Скоробогатов

Директор по основному производству

А.А. Муллабаев