

АО «БелЗАН»

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор АО «БелЗАН»

А.В. Карпов

подпись, дата

Техническое задание на приобретение насоса мембранного

<b>Оборудование</b>	Насос мембранный	
<b>Назначение оборудования</b>	Предназначен для перекачки газа через очищающий фильтр. Особо чистый азот закачивается в камеру ультрафиолетовой оптики (УФО) спектрометра для предотвращения оптических помех при анализе спектров углерода, серы, фосфора, бора	
<b>Основные технические характеристики</b>	Название производителя	KNF
	Источник питания	электрический
	Давление	$P_{\text{макс}}: 4,0$ бар
	Длина кабеля	нет
	Диаметр выходного патрубка	1/8"
	мощность	100Вт
	мотор	нет
<b>Комплектность</b>	рабочее давление	$P_{\text{раб.}}: 1,5$ бар
	Упаковка, инструкция по эксплуатации	
<b>Функциональные характеристики</b>	- габаритные размеры насоса (не более)	203x194x145 (мм)
	- тип защиты	IP20
<b>Питание</b>	- питание от сети	230В, 50Гц
	- потребляемая сила тока	0,7А
<b>Монтаж</b>	Не требуется	

Начальник ЦЗЛ

В.В. Никитин

СОГЛАСОВАНО:

Директор по техническому развитию

Т.Ш. Галияхметов

Главный метролог

З.С. Хайруллин